


IWL 250 – activer le PC/SC

Dans un premier temps vous devez mettre à jour votre logiciel médical.

1. **Menu** (touche F)



2. Validez (touche verte) **EI96**



3. Validez **Protocole USB**



4. Sélectionnez **PS/SC** puis **Sauvegarder**



5. Appuyez enfin sur le bouton situé en dessous de Oui



Besoin d'assistance ?

03 20 85 11 40